



ขั้นตอนการเขียนรายงานอุบัติเหตุ
Incident Report Flow

รายงานการเกิดอุบัติเหตุ (Incident Report)

สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

Case No. : D/M/Y : 2015/69
ชื่อย่อฝ่าย : ฝวท หมายเลขห้อง : F1208
ลำดับเกิดเหตุของห้องในรอบปี : 1

Section 1 : ผู้เขียนรายงาน โดยหัวหน้าห้องปฏิบัติการ/หัวหน้างาน

1.1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ได้รับบาดเจ็บ (Injured Personal Detail)

ประเภทของผู้บาดเจ็บ (Position) ☐ พนักงาน (Staff) ☐ นักศึกษา (Student) ☐ อาจารย์ (Faculty)
☐ ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistance) ☐ อื่น ๆ (Others)
ชื่อ-สกุล (Name-Surname) ตำแหน่ง (Position)
ส่วนงาน/ฝ่าย (Sect./Dept.) อายุงาน (Years of Service) เดือน/ปี (M/Yrs.)
หน้าที่ (Job) ระยะเวลาปฏิบัติงาน (Service time) เดือน/ปี (M/Yrs.)

1.2 ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Detail)

วันที่เกิดอุบัติเหตุ (Date of accident) 20 พฤษภาคม 2569 เวลาที่เกิด (Time of accident) 09.20 น.
สถานที่เกิดเหตุ (Location of accident) ห้อง F1208 อาคารเครื่องมือ 1 (ห้องวิจัยเคมี)
ภารกิจในขณะเกิดเหตุ (Task being performed) -
เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (M/C, Equipment concern) ตู้ดูดควัน
อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ (Part of body injured) -
รายละเอียดการรักษา (Detail of treatment) -
จำนวนวันที่หยุดงานจริง (Lost-workday) - วัน (Day) พยานผู้พบเห็นเหตุการณ์ (Name of witness) -

ประเภทและข้อมูลอุบัติเหตุ (Incident data)

☒ เหตุการณ์ผิดปกติ (Accident)	☐ การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย (Detailing of injury)	☒ ทรัพย์สินเสียหาย (List of property Lost)	☐ เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss)
ชื่อ-สกุล ผู้ให้ข้อมูล (Information) นายสุพล ทรัพย์แก้ว ☐ ผู้ประสบเหตุ (Finder) ☒ ผู้พบเห็นเหตุการณ์ (Witness) ☒ ผู้ระงับเหตุเบื้องต้น (Primary Restraint) ☐ อื่นๆ ระบุ (Others)	ชื่อ-สกุล ผู้ได้รับบาดเจ็บ (Name-Surname) ส่วนของร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บ (Part of body injured) สิ่งที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ (Cause of injured)	ชื่อรายการทรัพย์สินเสียหาย (Item) จำนวนเสียหาย (Amount of damage) สิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหาย (Cause of damage) ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับเหตุ	☐ Level 1 - เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุกับพนักงาน (Near miss with employee) ☐ Level 2 - เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุทำให้ทรัพย์สินเสียหาย (Near miss with property)

1.3 รายละเอียดของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพร้อมภาพประกอบ (ถ้ามี) (Description of Incident)



เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการเคมี เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2569 เวลา 09.20 น. ไม่ทราบสาเหตุของการเกิดเหตุ คาดว่าเกิดจากพนักงานปฏิบัติงานผิดพลาด โดยพนักงานได้เปิดตู้ดูดควันโดยไม่ระมัดระวัง ทำให้ควันพิษจากตู้ดูดควันพัดมาโดนหน้าและตาของพนักงาน ซึ่งพนักงานได้รีบปิดตู้ดูดควันและรีบแจ้งหัวหน้าห้องปฏิบัติการทราบทันที และรีบนำพนักงานไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยนำผ้าชุบน้ำเย็นมาประคบบริเวณตา และนำผ้าชุบน้ำเย็นมาประคบบริเวณหน้า และรีบนำพนักงานไปส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อไป

ผู้รายงาน ลงชื่อ... ฝวท. ฝวท. ฝวท. (นางสาวกรรณ รัตนไชย) ตำแหน่ง... ผู้ช่วยวิจัย วันที่ (Date) 20 พ.ค. 2569	หัวหน้างาน ลงชื่อ... ฝวท. ฝวท. ฝวท. (นายชัชวาลย์ คงนาคกลาง) ตำแหน่ง... หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ (Date) 21 พ.ค. 2569	หัวหน้าฝ่าย ลงชื่อ... ฝวท. ฝวท. ฝวท. (นางสาวกรรณ รัตนไชย) ตำแหน่ง... หัวหน้ากลุ่มงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ (Date) - 9 มิ.ย. 2569	หัวหน้ากลุ่มงาน ลงชื่อ... ฝวท. ฝวท. ฝวท. (นางสาวกรรณ รัตนไชย) ตำแหน่ง... หัวหน้ากลุ่มงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ (Date) - 9 มิ.ย. 2569
--	--	--	--

Section 2 : การแต่งตั้งคณะทำงานสอบสวน (Appointed Investigation Team) โดยผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ

ลำดับ	คณะทำงานสอบสวน (Investigation Team)	รายชื่อคณะทำงาน
1	ผู้ประสพเหตุ	นางต.สงวาท ตรีแก้ว
2	หัวหน้าห้องปฏิบัติการ	รศ.ดร. อัญญาณี คำแก้ว
3	หัวหน้างาน	นางสาว นุศิณี ไชยวิจิตรกุล
4	หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ	นาย ชัยวัฒน์ คงนันทกุล
5	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ	นางสาวจิรพร ชาญกิจ
6	ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&SMR)	นาง นวนภัส โมชรวิเศษกุล
7		
8		

ลงชื่อผู้อำนวยการ (Signature).....

(.....)

วันที่ (Date) 11 / 10 / 69